بيتا 2 ميكروغلوبولين بيتا 2 ميكروغلوبولين (β2M)

رقم العنصر: β2M

مقدمة

اشتر أطقم اختبار بيتا-2-ميكروجلوبولين (β2M) لمراقبة سرطان الدم.دقة عالية، نطاق خطي واسع.كاشف موثوق لعلامات الأورام للاستخدام البحثي.

اعرف المزيد

الميزة	الوصف
اسم المنتج	بيتا-2-ميكروجلوبولين بيتا 2 (β2M)
الأنواع المضيفة	الماعز
المصل المناعي	أبومين المصل البشري الأصلي عالي النقاء
الشكل/المظهر	سائل
النقاء	تنقية التقارب
المصدر	جسم مضاد متعدد النسيلة
الاستخدام	□□□ IVD □□□□ □□ □□□-2 □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□)
شكل الجرعة	كاشف مقايسة مناعية بالتدفق الجانبي (طريقة الذهب الغروي)

الحالة	الوصف
التخزين	2-8 درجات مئوية
الشحن	عبوات التبريد
مدة الصلاحية	2 سنة
حالة التخزين لاختبار الثبات	4-30 درجة مئوية، مختومة في كيس من رقائق الألومنيوم

المؤشر	الوصف
المظهر - التغليف	يجب أن تكون علبة التغليف الخارجية للمنتج وكيس التغليف المصنوع من رقائق الألومنيوم كاملة وغير تالفة.
المظهر - شريط الاختبار	مظهر نظيف ومسطح، لا تتوءات، لا تلف، لا تلوث؛ التصاق المواد ثابت.
عرض شريط الاختبار	يجب ألا يتجاوز العرض ± 0.20 مم من القيمة الاسمية البالغة 4.00 مم.
سرعة الترحيل	يجب ألا تقل سرعة انتقال السائل عن 10 مم/دقيقة.
حد الاكتشاف (LoD)	يجب ألا يزيد تركيز LoD عن 0.50 مجم/لتر.
نطاق الخطية	ضمن نطاق 0.50 ملجم/لتر ~ 20.00 ملجم/لتر، معامل الارتباط الخطي r ≥ 0.990.
الدقة	تم التحقق من ذلك عن طريق الاختبار المقارن: معامل الارتباط r ≥ 0.975، انحراف نسبي لا يزيد عن 20%.
التكرار	يجب ألا تزيد نسبة تكرار المجموعة عن 10%.
الدقة من دفعة إلى دفعة	يجب ألا يزيد الفرق من دفعة إلى دفعة عن 15%.
الثبات	يخزن المنتج في درجة حرارة 4-30 درجة مئوية في أكياس رقائق ألومنيوم محكمة الغلق.يجب أن تفي المنتجات في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية بمتطلبات المظهر وشريط الاختبار وجودة ودقة الاختبار.