الهيموجلوبين السكري (HbA1c)

رقم العنصر: HbA1c

مقدمة

اعثر على الأجسام المضادة عالية الجودة للهيموجلوبين السكري HbA1c ومجموعات الفحص هنا.مثالية للاختبارات التشخيصية الدقيقة والإدارة الفعالة لمرض السكري.استكشف الآن!

اعرف المزيد

الميزة	الوصف
اسم المنتج	مضاد لـ HbA1c
الوصف	جسم مضاد أحادي النسيلة للفأر، مزروع [redacted] خالية من المكونات المشتقة من الحيوانات.
التطبيق	الفحص المناعي بالفلورة (FIA)
الشكل/المظهر	سائل، قد يتحول إلى معتم قليلاً أثناء التخزين
التركيز	5.0 ملغم/مل (+/- 10 %)
النمط المتماثل	IgG1
الاستنساخ	أحادية النسيلة
النظير	النهاية الطرفية N من سلسلة بيتا
النقاء	≥ 95 %
ثابت التقارب	ن/د
المخزن العازل	50 ملي مولار ملي مولار من سترات الصوديوم، الرقم الهيدروجيني 6.0، 0.9 % كلوريد الصوديوم، 0.095 % NaN3 كمادة حافظة
ملف تعريف IEF	6.7-7.7
التفاعل التبادلي	لا يتعرف على الهيموجلوبين غير الجليكوجلوبين A1.
الخصوصية	يتعرف الجسم المضاد على الهيموجلوبين السكري البشري A1

الحالة	المواصفات
التخزين	+2-8°C
الشحن	عبوات التبريد
مدة الصلاحية	18 شهراً

المؤشر	المواصفات
العبوة	يجب أن يكون صندوق التغليف الخارجي للمنتج، كيس التغليف المصنوع من رقائق الألومنيوم كاملاً وغير تالف.
إمكانية التتبع	وفقاً للمعيار GB/T21415-2008، قم بتوفير عملية التعيين والمصدر وعدم اليقين في القياس وما إلى ذلك من أجهزة المعايرة المستخدمة.
مظهر المخزن المؤقت للكشف	يجب أن يكون المخزن العازل شفافاً وشفافاً، بدون مواد عالقة.يجب أن تكون الزجاجة محكمة ومانعة للتسرب.
حجم المخزن العازل للكشف	حجم المخزن المؤقت 1 مل، ويجب أن يكون المحتوى الصافي في نطاق 1.0 جم ± 0.05 جم.
درجة حموضة المخزن المؤقت للكشف	يجب أن يكون الأس الهيدروجيني للمخزن المؤقت في نطاق 7.2 ± 0.2.
مظهر شريط الاختبار	يجب أن يكون المظهر أنيقاً ومسطحاً، بدون نتوءات أو تلف أو تلوث؛ يجب أن تكون المادة ملتصقة بإحكام.
عرض شريط الاختبار	يجب ألا يتجاوز العرض ± 0.20 مم من القيمة الاسمية، والقيمة الاسمية هي 4.00 مم.
سرعة الترحيل	يجب ألا تقل سرعة انتقال السائل عن 10 مم/دقيقة.
حد الكشف	يجب ألا يزيد حد الاكتشاف عن 2.0%.
نطاق الخطية	في نطاق 2.0% ~ 14.0%، معامل الارتباط الخطي r≥0.990.
الدقة (اختبار المقارنة)	معامل الارتباط r≥0.975، معامل الارتباط r≥0.975، انحراف نسبي لا يزيد عن ±20%.

الميزة	الوصف
الحالة	المواصفات
المؤشر	المواصفات
الدقة (الانحراف النسبي)	انحراف نسبي لا يزيد عن ± 20٪.
التكرار	يجب ألا تزيد نسبة التكرار عن 10%.
الدقة من دفعة إلى أخرى (الفرق بين الدُفعات)	يجب ألا يزيد الفرق بين الدُفعات عن 15%.
الثبات	عند تخزين المنتج في درجة حرارة تتراوح بين 4 و30 درجة مئوية في كيس رقائق ألومنيوم محكم الغلق، خذ المنتج في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية للاختبار، ويجب أن تفي نتائج الاختبار بالمتطلبات الواردة في البنود 2.3 إلى 2.8.